

875CR型水質計点検校正表

殿

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル

本社：〒120-0036東京都足立区千住仲町40-12 プラザビル2F

☎：03(3870)7101 FAX：03(3870)7102

点検担当者名：

校正機種：

製造番号：

電極型式：

測定レンジ：

校正日：

校正場所：

1-1.基本検査

点検項目		判定	
給電源電圧	実測値： V	適正值	調整外
端子ネジの緩み確認		無し	調整済
被服線の破損の有無		無し	有り
LCD表示部の損傷の有無		無し	有り
キーパッド破損の有無		無し	有り
接点1信号作動	A接点 B接点	合格	不合格
接点2信号作動	A接点 B接点	合格	不合格

2-1.電氣的置換法

作動確認、模擬信号確認、出力信号確認

項目	指示計標準値		指示計測定値		出力信号標準値 mA	出力信号測定値 mA		合否判定 判定：±1%F.S.以内
	CELL1	CELL2	CELL1	CELL2		出力1	出力2	
								合格 不合格
								合格 不合格
								合格 不合格

2-2.基準計器比較法

測定点名	基準器水質計測定値	既設水質計指示値	指示差	補正後既設水質計指示値	合否判定 判定：±1%F.S.以内
					合格 不合格
					合格 不合格

総合判定： 合格 不合格

備考：