サンプル別電極選択表

2014年10月24日株式会社ティ･アンド･シー･テクニカル技術営業部 5課

	一般試料・水・環境サンプル								食品・飲料サンプル						化学サンプル													タンパク含有サンプル							バイオサンプル				付着性サンプル				
	水溶液	上水・下水	純水・超純水	屋外測定	土	懸濁物質	リン酸塩緩衝液	トリス・バッファ	フルーツ・野菜	ジャム	塩サンプル	ケルダール蒸留	ジュース	表面測定 皮・皮膚	酸・バッテリー	酸・フッ化水素酸	酸化カルシウム溶液	硫酸カルシウム溶液	水性乳剤懸濁液	銅メッキ液	消毒剤	石鹸	肥料溶液	高pHサンプル	写真用定着剤	水性ペンキ	ガルバニ浴	過酸化水素	化粧品	クリーム・牛乳	油	無水ペンキ	タンパク含有試料 ビール・ヨーグルト	半水溶液・滴定	滴定	イースト発酵試料	少サンプル	血清	微生物含有サンプル	乳化材	脂肪組織	でんぷん含有試料	歯磨き粉	粘性のある試料
ゲルガラス	■	■																																									
リキガラス	■	■						■				■	■		■						■				■		■																	
シングルポア			■			■		■				■			■			■		■	■		■				■	■						■		■			■	■		■		■
ポリライトラボ	■	■				■				■			■				■		■				■											■		■				■				
フラッシュトロード			■														■	■			■					■	■		P	P	P	P	P	P	P							■	■	
スリムトロード																								■												■								
ポリプラスト	■	■		■			■				■		■									■	■											■		■								
フィルトロード	■	■		■		■				■						■														■						■				■			■	■
フードトロード											■											■								■			■	■		■		■						
チップトロード					■				■	■																							■							■			
ダブルポア					■				■	■																				■			■							■			
ミニトロード																																					■						
バイオトロード																																	■				■	■	■				
スピントロード																																					■		■				
フラットロード										■				■		■																								■			

※表中のPは、サンプルに蛋白質が含有している場合、内部液を3M KClからPROTELYTEに変更して下さい。

※上記サンプルを測定できるセンサーには、数種類あります。センサーの選択の場合は、ご連絡下さい。